


| | | | | |
|---|--|---------|--------|--------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 1/9 | 20/05/2024 |
| INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL | | | | |

1.INTRODUÇÃO

Trata-se de um método contraceptivo de longa duração e que pode permanecer no corpo da mulher por um período de até três anos. A ação impede que o óvulo seja liberado do ovário e também altera a secreção do colo do útero, dificultando a entrada dos espermatozoides.

2.OBJETIVO

Realizar a inserção e Retirada do Implante Contraceptivo Subdérmico de Etonogestrel adequadamente, assegurando o método contraceptivo e eficaz.

3. ABRANGÊNCIA

- Enfermeiro, médico e técnicos e auxiliares de enfermagem.


4. RESPONSABILIDADES

- Médico e Enfermeiros capacitados: Executar o procedimento.
- Técnicos e Auxiliares de enfermagem: Separar material, auxiliar no procedimento.

5. FREQUÊNCIA

Executar procedimento de acordo com a solicitação e avaliação da elegibilidade da paciente. A validade do implante são de três anos. A recomendação é que a paciente deverá retirar / substituir dentro da validade do produto.



| | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 2/9 | 20/05/2024 |
| INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL | | | | |

6. MATERIAIS


- Implante subcutâneo (1 aplicador contendo 1 implante branco de 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro).
- Gaze estéril.
- Anestésico sem vasoconstritor (Lidocaína à 2%).
- Luva estéril.
- Álcool 70% ou clorexidina solução alcoólica 0,5% ou PVPI para assepsia da pele.
- Seringa 3 ou 5 ml.
- Agulha 40x12 (para aspiração do anestésico).
- Agulha 25x7 (para realização da anestesia).
- Fita microporosa.
- Atadura de crepe.

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

7.1 Inserção do implante contraceptivo subdérmico de Etonogestrel

1. Verificar se a paciente passou por orientação sobre o método e outros métodos contraceptivos.
2. Orientar a paciente a ler o Termo de Consentimento.
3. Retirar todas as dúvidas da mulher com relação ao método e orientar que em qualquer momento o dispositivo pode ser retirado.
4. Informar a paciente sobre o procedimento.
5. Assinar o termo de consentimento após sanadas todas as dúvidas.
6. Preparar os materiais
7. Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70%.
8. Posicionar a paciente deitada em decúbito dorsal.



| | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 3/9 | 20/05/2024 |

INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL

9. Orientar que a paciente coloque o braço não dominante dobrado com a mão embaixo da sua cabeça (ou o mais perto possível), como na figura abaixo:




Fonte: Implanon NXT, 2019.

10. Fazer duas marcas na pele: primeiro onde o implante será inserido e depois, o ponto de orientação.
11. Limpar a área com o antisséptico.
12. Anestesiá-la com 2 ml de lidocaína a 1% embaixo da pele ao longo do canal de inserção.
13. Remover a capa do aplicador puxando horizontalmente para frente, na direção da seta, distante da agulha.
14. Esticar a pele na área de inserção em direção ao cotovelo, e fure a pele com a ponta da agulha.
15. O implante será introduzido dois (2) cm abaixo do sulco longitudinal, onde será realizada a antissepsia e anestesia.
16. Esticar a pele e inserir a agulha em movimento paralelo conforme figura:






| | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 4/9 | 20/05/2024 |
| INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL | | | | |

Fonte: Implanon NXT,2019

17. A pastilha roxa é desbloqueada empurrando ligeiramente para baixo e puxando completamente para trás até o fim de forma a recolher a agulha. O implante permanecerá na parte superior do braço quando a agulha for retirada conforme figura:



18. Logo após a inserção, o profissional deverá sentir (apalpar) o implante para confirmar a sua presença. O implante corretamente inserido poderá ser sentido entre o polegar e o indicador pelo profissional de saúde e pela paciente.

19. Realizar o curativo com gaze estéril e atadura de crepe, com uma leve compressão para minimizar o risco de hematoma.

20. Fornecer a bula à paciente e o cartão da usuária, com a informação sobre o local e data da inserção, contendo a data de quando o implante deverá ser removido ou substituído.


21. Orientar a paciente não carregar peso por pelo menos 2 horas.

22. Todo o procedimento / intercorrência deverá ser anotado no prontuário da paciente.

23. Preencher a planilha de acompanhamento de inserção do Implanon.

24. Orientar quanto ao uso de preservativo para proteção contra as ISTs.



| | | | | |
|---|--|---------|--------|--------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 5/9 | 20/05/2024 |
| INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL | | | | |

7.2 Retirada do implante contraceptivo subdérmico de Etonogestrel


MATERIAIS

- Implante subcutâneo (caso a usuária resolva manter o método).
- Gazes estéreis.
- Anestésico sem vasoconstritor.
- Luva estéril.
- Pinça para assepsia da pele.
- Pinça kelly e dente de rato.
- Lâmina de Bisturi.
- Seringa 5 ml.
- Agulha calibre 40x12 (para aspiração do anestésico).
- Agulha 13 X 4,5 ou 25x0,8 (para realização da anestesia).
- PVPI.
- Micropore.
- Faixa atadura de crepe.

PASSO A PASSO DA RETIRADA DO IMPLANTE

1. O implante deve ser removido a pedido ou até no máximo 3 (três) anos após a inserção.
2. Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70%.
3. Reunir material.
4. Apresentar-se à mulher, explicar o procedimento e sanar todas as suas dúvidas.
5. Posicionar a paciente deitada de costas, com o braço não dominante dobrado e sua mão embaixo da sua cabeça (ou o mais perto possível), como na figura abaixo:




| | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 6/9 | 20/05/2024 |

INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL




Fonte: Implanon NXT, 2019.

6. O local de inserção do implante é indicado no cartão da usuária.
7. Realizar palpação para sentir o implante, caso o implante não possa ser localizado deverá suspender o procedimento e encaminhar para retirada no hospital, onde será guiada por exames de imagem para localizar o dispositivo.
8. Realizar assepsia do braço.
9. Realizar anestesia abaixo da ponta do implante conforme figura abaixo:




10. Efetuar uma pequena incisão ao longo do braço abaixo da extremidade do implante com a lâmina de bisturi.




| | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 7/9 | 20/05/2024 |

INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL




11. Puxar suavemente o implante através da incisão e remover com o auxílio de uma pinça.



12. Ocasionalmente, o implante pode estar envolvido por um tecido duro (tecido fibroso), se for o caso, será necessário fazer uma pequena incisão neste tecido antes de se poder remover o implante.
13. Se for desejo da mulher a substituição do implante, o profissional médico poderá inserir o implante usando a mesma incisão.
14. A incisão deverá ser fechada com curativo, a fim de aproximar as bordas, a cicatrização deverá ser por segunda intenção.



| | | | | |
|---|---|----------------|---------------|---------------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 8/9 | 20/05/2024 |
| INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL | | | | |

15. Realizar o curativo com gaze estéril e faixa com uma leve compressão para minimizar o risco de contusão, orientar a paciente que o curativo poderá ser retirado dentro de 24 horas.
16. No caso de uma nova inserção o profissional de saúde deverá entregar a paciente o cartão de usuária com informação sobre o local de inserção, a data de inserção e o último dia até ao qual o implante tem que ser removido ou substituído.
17. Todo procedimento deverá ser anotado no prontuário da paciente.
18. Orientar cuidados pós-remoção do implante subcutâneo.

8. FATORES DE RISCO DO POP


Biológico, físico.

9.REFERÊNCIAS

RIBEIRÃO PRETO. SECRETARIA DE SAÚDE. **PROTOCOLOS DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER. ATENÇÃO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO (LARCs)**. Disponível em: <<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/saude559202202.pdf>> acesso em 8 jan. 2024.

Implanon [Bula]. Fabricado por N.V. Organon, OSS, Holanda. Importado e embalado por: Schering-Plough Indústria Farmacêutica Ltda. Disponível em: <<https://www.saudedireta.com.br/catinc/drugs/bulas/implanon.pdf>>. Acesso em 8 jan. 2024.



| | | | | |
|---|--|---------|--------|--------------------|
|  | Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO da Enfermagem | | | |
| | Nº | Revisão | Página | Início da Vigência |
| | POP - SMSA 168 | 00 | 9/9 | 20/05/2024 |
| INSERÇÃO E RETIRADA DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL | | | | |

11. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

| Nº da Revisão | Item | Descrição da revisão |
|---------------|------|----------------------------|
| 00 | N/A | Elaboração do procedimento |
| | | |

12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

| Revisão | Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
|---------|--|--|--|
| 00 | Geovana Metz Ferreira 19/04/2024 | Priscila Lopes Nogueira Berveglieri 26/04/2024 | Priscila Lopes Nogueira Berveglieri Responsável Técnica de Enfermagem 26/04/2024 |